

长春市计量检定测试技术研究院

检定证书

证书编号: YL24180013 号

送检单位: 吉林省肿瘤医院

计量器具名称: 数字减影、血管造影诊断机

型号/规格: IRNOVA

出厂编号: 0005

制造单位: GE

检定依据: JJG 1067—2011医用诊断数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定规程

检定结论: 合格

批准人: 刘永

(检定专用章)

核验员: 邵旭

检定员: 魏宇林

检定日期 2018 年 03 月 06 日

有效期至 2019 年 03 月 05 日

计量检定机构授权证书号: (吉)法计(2016)001号
地址: 长春市硅谷大街928号
邮编: 130012

电话: (0431) 86936700
传真: (0431) 86936698
E-mail: cc_jly@163.com



YL24180013

证书编号: YL24180013

检 定 结 果

模拟血管 最小尺寸	减影后能看到模体中直径 1mm 模拟血管, 可分辨造影剂浓度 150mg/cm ³ 直径2mm 模拟 血管	1/4	宽度畸变 模拟血管
空间 分辨率	16 Lp/cm		
低对比度 分辨率	减影后能均匀分辨碘浓度 5.0mg/cm ³ , 直径 2.0 mm 模拟血管		
减影性能 影响	减影后能均匀分辨碘浓度 150.0mg/cm ³ , 直径 2.0 mm 模拟血管		
X 射线管电压相对标准偏差 (%)		-0.3	

以下空白